



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ESPIRALES PARA EMBOLIZACIÓN ANEURISMAS CEREBRALES, SECCIÓN DE NEURORADIOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

EXPEDIENTE: A4AS-1-082-2019

1.- OBJETO:

El presente contrato tiene por objeto la adquisición de espirales para embolización aneurismas cerebrales cuyas características se especifican en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:

Importe máximo de licitación del contrato inicial es de: 1.364.264,00 €

Presupuesto Base: 1.240.240,00 €

Iva (10 %): 124.024,00 €

Lote	Denominación	Unds.	Precio unitario IVA Excl.	Base licitación s/ Iva	IVA 10%	Precio Licitación c/ Iva
1	Espiral de embolización cerebral bioactivo con liberación termoeléctrica.	552	1.020,00	563.040,00	56.304,00	619.344,00
2	Espiral de embolización cerebral liberado por electrolisis	456	950,00	433.200,00	43.320,00	476.520,00
3	Espiral de embolización cerebral con liberación termoeléctrica	132	950,00	125.400,00	12.540,00	137.940,00
4	Espiral de embolización cerebral con liberación mecánica.	108	950,00	102.600,00	10.260,00	112.860,00
5	Espiral de embolización cerebral con liberación dirigida por flujo.	50	320,00	16.000,00	1.600,00	17.600,00
				1.240.240,00	124.024,00	1.364.264,00



3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:

LOTE 1. Espiral de embolización cerebral bioactivo con liberación termoeléctrica.

- Espiral de embolización cerebral constituido por un filamento de ácido poliglicólico que discurre en el interior de un cuerpo de platino.
- Disponible en sistemas de diámetro axial 0.009'', 0.010'', 0.0012'', 0.014'' y 0.018''.
- Disponible en morfología primaria tridimensional y morfología secundaria delta.
- Proceso de liberación termoeléctrica.
- Disponible en diferentes medidas de diámetro y longitud.
- Material compatible con resonancia magnética.

LOTE 2. Espiral de embolización cerebral liberado por electrolisis.

- Espiral de embolización cerebral constituido por platino y tungsteno.
- Disponible en sistemas de diámetro axial 0.010'' y 0.014''.
- Disponible en morfologías tridimensionales, 360° y helicoidal.
- Proceso de liberación por electrolisis.
- Disponible en diferentes medidas de diámetro y longitud.
- Material compatible con resonancia magnética.

LOTE 3. Espiral de embolización cerebral con liberación termoeléctrica.

- Espiral de embolización cerebral constituido por platino y tungsteno.
- Disponible en sistemas de diámetro axial 0.010'', 0.011'', 0.012'', 0.013'' y 0.014''.
- Disponible en morfologías tridimensional y helicoidal.
- Proceso de liberación termoeléctrico.
- Disponible en diferentes medidas de diámetro y longitud.
- Los últimos 50 cm del empujador del dispositivo tienen morfología de espiral de embolización.
- Material compatible con resonancia magnética.

LOTE 4. Espiral de embolización cerebral con liberación mecánica.

- Espiral de embolización cerebral constituido por platino.
- Disponible en sistemas de diámetro axial 0.010'' y 0.018''.
- Proceso de liberación mecánico.
- Disponible en diferentes medidas de diámetro y longitud.
- Testigo fluoroscópico de liberación que confirma la liberación del espiral antes de retirar el empujador.
- Material compatible con resonancia magnética.



LOTE 5. Espiral de embolización cerebral con liberación dirigida por flujo.

- Espiral de embolización cerebral constituido por platino y tungsteno.
- Disponible en sistema de diámetro axial 0.007''.
- Proceso de liberación: espirales empujables mediante inyección de suero.
- Disponible en diferentes medidas de longitud.
- Material compatible con resonancia magnética.

Oviedo, a 23 de septiembre de 2019

Fdo.: Pedro Vega Valdés



Responsable de Neurorradiología-Intervencionista
del Hospital Universitario Central de Asturias.