



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

EXPEDIENTE: A4AS-I-130-2015

1.- OBJETO:

El presente expediente tiene por objeto SUMINISTRO DE MATERIAL TERAPEUTICO CORONARIO con destino al Área de Gestión Clínica del Corazón, del Hospital Universitario Central de Asturias.

2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:

Importe máximo de licitación del contrato inicial es de: 2.833.201,00 IVA (10%): **283.320,10 €**

LOTE	DENOMINACIÓN	UDS. ESTIMADAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA
01	Stent no recubiertos de fármacos con máxima flexibilidad para lesiones fibrocalcificadas	100	700,00	70.000,00
02	Stent no recubiertos de fármacos con máxima flexibilidad con baja pérdida tardía	100	700,00	70.000,00
03	Stent no recubiertos de fármacos con máxima flexibilidad para lesiones largas	100	700,00	70.000,00
04	Stent recubierto de fármaco específico para diabéticos, con mínima pérdida tardía.	100	1.100,00	110.000,00
05	Stent recubierto de fármaco con elevada fuerza radial y buena radiopacidad para lesiones fibro-calcificadas.	400	1.100,00	440.000,00
06	Stent recubierto de fármaco para lesiones de tronco, bifurcaciones y lesiones ostiales.	300	1.100,00	330.000,00
07	Stent recubierto de fármaco para lesiones largas	200	1.100,00	220.000,00
08	Stent recubierto de fármaco autoexpandible específico para bifurcación.	30	1.100,00	33.000,00
09	Stent específico para perforaciones coronarias.	10	1.925,00	19.250,00
10	Prótesis intracoronarias reabsorvibles.	100	1.200,00	120.000,00
11	Catéter balón de intercambio rápido semidistensible.	300	350,00	105.000,00
12	Catéter balón de Intercambio rápido no distensible	300	350,00	105.000,00
13	Catéter balón de intercambio rápido con presión de rotura superior a 20 ATM.	300	350,00	105.000,00
14	Catéter sin balón	80	612,00	48.960,00
15	Catéter sin balón específico para oclusiones totales	20	1.100,00	22.000,00



16	Catéter de perfusión y angiografía coronaria	100	575,00	57.500,00
17	Catéter guía para intervencionismo coronario con punta blanda larga	900	70,00	63.000,00
18	Catéter guía para intervencionismo coronario con punta blanda	200	70,00	14.000,00
19	Catéter monorail extensión catéter guía	200	440,00	88.000,00
20	Catéter aspiración de trombos intracoronarios con fiador	200	320,00	64.000,00
21	Catéter OCT intracoronario	200	1.000,00	200.000,00
22	Catéter IVUS intracoronario	200	780,00	156.000,00
23	Guías de presión intracoronaria para calculo de FFR	300	784,26	235.278,00
24	Guías de presión intracoronaria para calculo de FFR sin inyeccion de adenosina	50	784,26	39.213,00
25	Catéter balón liberador de fármaco	60	800,00	48.000,00

3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:

Todos los productos ofertados en el presente concurso han de incluir código de barras estándar EAN en el envase exterior.

Para optar a los lotes 4, 5, 6 y 7 será imprescindible que el producto esté incluido en la recomendación para uso clínico de la Sociedad Europea de Cardiología según las Guías de Revascularización Miocárdica de 2014: 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial Revascularization. The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) (DOI: <http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehu278>).

Table 10 CE-approved new-generation DES recommended for clinical use based on randomized trials with a primary clinical endpoint (in alphabetical order)

DES	Stent platform	Polymer coating	Drug	References
Based on durable polymer coatings				
Promus element	Platinum-chrome	PBMA and PVDF-HFP	Everolimus	664,665
Resolute	Cobalt-chrome	PBMA, PHMA, PVP, and PVA	Zotarolimus	655,665,666
Xience	Cobalt-chrome	PBMA and PVDF-HFP	Everolimus	247, 654,667
Based on biodegradable polymer coatings				
Biomatrix	Stainless steel	PDLLA	Biolimus A9	248, 668
Nobori	Stainless steel	PDLLA	Biolimus A9	656,658,669
Yuton Choice PC	Stainless steel	PDLLA	Sirolimus	657
Orsiro	Cobalt-chrome	PLLA	Sirolimus	961
Ultimaster	Cobalt-chrome	PDLLA and PCL	Sirolimus	960

CE = Conformité Européenne; DES = drug-eluting stent; PBMA = poly n-butyl methacrylate; PDLLA = poly(d,l)-lactic acid; PHMA = polyhexyl methacrylate; PLLA = poly-L-lactic acid; PVA = polyvinyl acetate; PVDF-HFP = poly(vinylidene fluoride-cohexafluoropropylene).



Oviedo, a 04 de enero de 2016

Fdo.: César Morís de la Tassa
Director del Área de Gestión Clínica del Corazón