PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RECTOR DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CELEBRACIÓN DE UN ACUERDO MARCO CON UN UNICO ADJUDICATARIO PARA EL SUMINISTRO DE ESPARADRAPOS PARA SU UTILIZACIÓN COMÚN POR LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (ARTICULO 9.3 a) DE LA LCSP

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto determinar el tipo de esparadrapos, a utilizar en Centros dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias, así como seleccionar a las empresas que puedan resultar adjudicatarias del suministro.

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Son destinatarios de los artículos incluidos en este acuerdo marco los Centros Sanitarios, pertenecientes a las siguientes Áreas Sanitarias.

- Área Sanitaria I (Jarrio)
- Área Sanitaria II (Cangas de Narcea)
- Área Sanitaria III (Avilés)
- Área Sanitaria IV (Oviedo)
- Área Sanitaria V (Gijón)
- Área Sanitaria VI (Arriondas)
- Área Sanitaria VII (Mieres)
- Área Sanitaria VIII (Langreo)

3.- TIPO DE ARTÍCULOS

Lote 1: Esparadrapo papel 2,5cm x 9,1-9,5m

Lote 2: Esparadrapo papel 5cm x 9,1-9,5m

Lote 3: Esparadrapo seda sintética 2,5cmx 9,1-9,5m

Lote 4: Esparadrapo seda sintética 5cm x 9,1-9,5m

Lote 5: Esparadrapo seda sintética 7,5 cm x 9,1-9,5 m

Lote 6: Esparadrapo tejido sin tejer 5cmx10m

Lote 7: Esparadrapo tejido sin tejer 10cmx10m

Lote 8: Esparadrapo tejido sin tejer 15cmx10m

Lote 9: Esparadrapo tela 2-2,5 cm x 9,1-9,5 m

Lote 10: Esparadrapo tela 5cmx5m

Lote 11: Esparadrapo tela 10cmx10m

Lote 12: Lámina transparente autoadhesiva de poliuretano en rollo de 15 cm x 10 m

4.- DESCRIPCION TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS

Los licitadores que presenten ofertas que no cumplan con las especificaciones mínimas que a continuación se describen, serán excluidos del presente procedimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNES PARA TODOS LOS LOTES

Certificación de:

- Cumplimiento con la norma ISO 10993 en cuanto a citotoxicidad, irritación y sensibilización dérmica. (Certificación laboratorio externo)

- Marcado CE de acuerdo con la directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LOS LOTES 1 Y 2

Lote 1: Esparadrapo papel 2,5cm x 9,1-9,5m
Lote 2: Esparadrapo papel 5cm x 9,1-9,5m

Indicación:

Fijación de todo tipo de apósitos y vendajes, tubos, catéteres, sondas, cánulas y aparatos de medida.

Composición:

- Cinta de papel microporoso
- Masa adhesiva: copolímeros acrílicos
- Adhesivo hipoalergénico de una sola cara, distribuido uniformemente por toda la superficie.

Propiedades:

- No irritante
- Hipoalergénico
- Transpirable, permeable al aire y a la humedad
- Exento de látex
- No estéril
- Radiotransparente
- Rasgable
- Gramaje 35 grs/ m2 ± 4 g/m2
- Repelente al agua
- Adhesividad tanto inicial como permanente

- No deja residuos al retirarse

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNES PARA LOS LOTES 3, 4 Y 5

Lote 3: Esparadrapo seda sintética 2,5cm x 9,1- 9,5 m
Lote 4: Esparadrapo seda sintética 5cm x 9,1- 9,5 m
Lote 5: Esparadrapo seda sintética 7,5 cm x 9,1- 9,5 m

Indicación:

Fijación de todo tipo de apósitos y vendajes, tubos, catéteres, sondas, cánulas y aparatos de medida.

Composición:

- Fibras de acetato de celulosa.
- Masa adhesiva: copolímeros acrílicos
- Adhesivo hipoalergénico de una sola cara, distribuido uniformemente por toda la superficie

Propiedades:

- Exento látex.
- No irritante.
- Hipoalergénico
- Transpirable, Permeable al aire y a la humedad.
- Repelente al agua
- No estéril
- Color blanco
- Radiotransparente
- Rasgable
- Adhesividad tanto inicial como permanente
- No deja residuos al retirarse

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNES PARA LOS LOTES 6, 7 Y 8

Lote 6: Esparadrapo tejido sin tejer 5cmx10m
Lote 7: Esparadrapo tejido sin tejer 10cmx10m
Lote 8: Esparadrapo tejido sin tejer 15cmx10m

Indicación:

Fijación de todo tipo de apósitos y vendajes, tubos, catéteres, sondas, cánulas y aparatos de medida.

Composición:

- Tejido no tejido de 100% poliéster extensible
- Masa adhesiva: copolímeros acrílicos

- Adhesivo transparente hipoalergénico de una sola cara, distribuido uniformemente por toda la superficie

Propiedades:

- Adhesividad tanto inicial como permanente
- No dejas residuos al retirarse
- Papel protector con precorte
- Extensible transversalmente
- Exento látex.
- Hipoalergénico.
- No irritante.
- Transpirable, permeable al aire y a la humedad.
- Poroso
- Radiotransparente.
- No estéril

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNES PARA LOS LOTES 9,10,11

Lote 9: Esparadrapo tela 2- 2,5cmx 9,1- 9,5 m
Lote 10: Esparadrapo tela 5cmx5m
Lote 11: Esparadrapo tela 10cmx10m

Indicación: :

Fijación de todo tipo de apósitos y vendajes, tubos, catéteres, sondas, cánulas y aparatos de medida.

Composición:

- Cinta de tejido microporoso
- Tejido de viscosa 100 % o tejido de acetato de celulosa
- Superficie adhesiva acrílica
- Adhesivo hipoalérgénico por una sola cara distribuido uniformemente por toda la superficie

Propiedades:

- Adhesividad tanto inicial como permanente
- No dejas residuos al retirarse
- No irritante
- Hipoalergénico
- Exento látex.
- Transpirable, permeable al aire y a la humedad
- Repelente al agua
- No estéril
- Rasgable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LOS LOTES 12

Lote 12: Lámina transparente autoadhesiva de poliuretano en rollo de 15 cm x 10 m

Indicación:

Fijación de de apósitos en áreas grandes ,sondas, vendajes, tubos, catéteres, sondas, cánulas y aparatos de medida.

Composición:

- Esparadrapo de film transparente de poliuretano de 18 ± 2 g/m2
- Adhesivo de poliacrilato 28 ± 3g/m2

Propiedades:

- Adhesividad tanto inicial como permanente
- No dejas residuos al retirarse
- No irritante
- Hipoalergénico
- Impermeable al agua
- Flexible
- Exento látex.
- Transpirable, permeable al aire y a la humedad
- No estéril
- Transparente
- Radiotransparente
- Flexible

En Oviedo, a 26 de mayo de 2017

Coordinadora Técnica de Recursos Materiales

Nuria Álvarez de la Vallina