



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RECTOR DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CELEBRACIÓN DE UN ACUERDO MARCO CON UN ÚNICO ADJUDICATARIO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUTURA MECÁNICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PARA SU UTILIZACION COMUN POR LOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

1. OBJETO:

El objeto del presente pliego es determinar las prescripciones técnicas que regirán la contratación por procedimiento abierto del suministro de MATERIAL DE SUTURA MECÁNICA DESECHABLE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA para la utilización común por los Centros Sanitarios dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias, mediante la celebración de un acuerdo marco con un único adjudicatario.

En el presente pliego se fijan las condiciones técnicas que han de reunir los productos objeto del acuerdo marco y que se aplicarán durante el plazo de vigencia del mismo.

2. 2CENTROS DESTINATARIOS DEL ACUERDO MARCO

- Hospital de Jarrio (Area Sanitaria I)
- Hospital Carmen y Severo Ochoa (Area Sanitaria II)
- Hospital San Agustín (Area Sanitaria III)
- Hospital Universitario Central de Asturias (Area Sanitaria IV)
- Hospital Monte Naranco (Area Sanitaria IV)
- Hospital de Cabueñes (Area Sanitaria V)
- Hospital del Oriente de Asturias (Area Sanitaria VI)
- Hospital V.Alvarez Buylla (Area Sanitaria VII)
- Hospital Valle del Nalón (Area Sanitaria VIII)


3. TIPOS DE ARTÍCULOS - DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS:

La descripción que se detalla a continuación, refleja las características técnicas mínimas exigidas que deberán cumplir los artículos ofertados.

Lotes 1, 2 y 3: Endograpadora cortadora lineal, articulada, recargable / Endograpadora cortadora universal, recargable, cargas articuladas. Endocirugía.

(Definición común para lotes 1,2 y 3)

Lote	Denominación
Lote 1	DISPOSITIVO DE GRAPADO LINEAL, CON CORTE, ARTICULADO, RECARGABLE, PARA LONGITUD DE 30-35 MM
	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA LINEAL 30-35MM TITANIO TEJIDO NORMAL ENDOCIRUGÍA
	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA LINEAL ANGULADA UNIVERSAL 30-35MM TITANIO TEJIDO VASCULAR ENDOCIRUGIA



Lote	Denominación
Lote 2	DISPOSITIVO DE GRAPADO LINEAL, CON CORTE, ARTICULADO, RECARGABLE, PARA LONGITUD DE 40-45 MM
	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA LINEAL ANGULADA UNIVERSAL 40-45MM TITANIO TEJIDO VASCULAR ENDOCIRUGÍA
	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA LINEAL ANGULADA UNIVERSAL 40-45MM TITANIO TEJIDO NORMAL ENDOCIRUGÍA
	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA LINEAL ANGULADA UNIVERSAL 40-45MM TITANIO TEJIDO GRUESO ENDOCIRUGÍA
Lote 3	DISPOSITIVO DE GRAPADO LINEAL, CON CORTE, ARTICULADO, RECARGABLE, PARA LONGITUD DE 60-65 MM
	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA LINEAL ANGULADA UNIVERSAL 60-65MM TITANIO TEJIDO VASCULAR ENDOCIRUGIA
	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA LINEAL ANGULADA UNIVERSAL 60-65MM TITANIO TEJIDO NORMAL ENDOCIRUGÍA

Dispositivo para accionar cargas de grapado lineal, recto, a ambos lados de la línea de corte precargado y/o recargable con longitud de vástago adecuada para cirugía laparoscópica, de aproximadamente 34cm (± 3 cm) longitud de vástago y diámetro adecuado para ser introducido por un trocar de 12 mm.

Debe permitir el giro de la unidad de carga en 360 grados y su articulación, al menos de 45 grados.

Recargable con distintos tipos de altura de grapas y para distintos tejidos a lo largo de la misma intervención.

Estéril, un solo uso, desechable.

Deberá incorporar sistema de seguridad para evitar el disparo accidental.

Longitudes de grapado:	30 - 35 mm (lote 1)
	40 - 45 mm (lote 2)
	60 - 65 mm (lote 3)

Altura de grapa:	TIPO DE TEJIDO
	Vascular
	Normal
	Grueso

Diámetro:	Adecuado para trocar de 12mm
-----------	------------------------------

Longitud del eje:	34 cm (± 3 cm)
-------------------	---------------------



Lote 4: Endograpadora cortadora motorizada. Endocirugía

Lote	Denominación
Lote 4	ENDOGRAPADORA CORTADORA MOTORIZADA LONGITUD DE GRAPADO 30-35MM GRAPA TITANIO TEJIDO VASCULAR ENDOCIRUGÍA
	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA MOTORIZADA 30-35MM TITANIO TEJIDO VASCULAR
	ENDOGRAPADORA CORTADORA LINEAL MOTORIZADA VARIAS ALTURAS DE GRAPA LONGITUD DE GRAPADO 40-45MM ENDOCIRUGÍA
	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 40-45MM TITANIO TEJIDO FINO/MESENTERIO ENDOCIRUGIA
	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 40-45MM TITANIO TEJIDO VASCULAR ENDOCIRUGÍA
	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 40-45MM TITANIO TEJIDO NORMAL ENDOCIRUGÍA
	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 40-45MM TITANIO TEJIDO GRUESO ENDOCIRUGÍA
	ENDOGRAPADORA CORTADORA LINEAL MOTORIZADA VARIAS ALTURAS DE GRAPA LONGITUD DE GRAPADO 60 MM ENDOCIRUGÍA
	CARGA ENDOGRAPADO CORTADORA ARTICULADA 60-65MM TITANIO TEJIDO VASCULAR ENDOCIRUGÍA
	CARGA ENDOGRAPADO CORTADORA ARTICULADA 60-65MM TITANIO TEJIDO NORMAL ENDOCIRUGÍA
	CARGA ENDOGRAPADORA CORTADORA ARTICULADA 60-65MM TITANIO TEJIDO GRUESO ENDOCIRUGÍA

Endograpadora cortadora motorizada, dotada de un sistema automatizado, alimentado por batería, integrado en el dispositivo, que mejora la funcionalidad y manejo de la grapadora, articulada, con vástago para cirugía laparoscópica de aproximadamente 340 ± 3 mm.

Longitud de corte de 45 y 60 mm.

Diámetro adecuado para ser introducida por un trocar de 12 mm.

Debe permitir el giro de la unidad de carga en 360 grados y su articulación, al menos de 45 grados

Dispara al menos dos filas de grapas a ambos lados de la línea de corte. Grapas de titanio o aleación mejorada.

Estéril, un solo uso, desechable.

Recargable con distintos tipos de altura de grapas y para distintos tejidos a lo largo de la misma intervención.

Debe incorporar sistema de seguridad para evitar el disparo accidental.

Características:



Longitudes de grapado:	30 mm
	45 mm
	60 mm

Altura de grapa:	TIPO DE TEJIDO
	Superfino
	Vascular
	Normal
	Grueso

Diámetro:	Adecuado para trocar de 12mm
------------------	------------------------------

Longitud del eje:	Largo: 34 ± 3 cm
--------------------------	------------------

Lote 5: Endoaplicadores de clips. Endocirugía

Lote	Denominación
Lote 5	ENDOAPLICADOR MÚLTIPLE CLIPS TITANIO VASO MEDIANO-GRANDE TROCAR DE 5MM ENDOCIRUGÍA
	ENDOAPLICADOR MÚLTIPLE CLIPS TITANIO VASO MEDIANO TRÓCAR DE 10-11 MM ENDOCIRUGÍA
	ENDOAPLICADOR MÚLTIPLE CLIPS TITANIO VASO MEDIANO-GRANDE TRÓCAR DE 10-11 MM ENDOCIRUGÍA
	ENDOAPLICADOR MÚLTIPLE CLIPS TITANIO VASO GRANDE TRÓCAR DE 10-11 MM ENDOCIRUGÍA

Dispositivo aplicador de clips de titanio o aleación mejorada, precargado, no recargable, para cirugía laparoscópica, con cierre, y angulación de las ramas, con diferentes tamaños de aplicador y clips, para cirugía laparoscópica.

El aplicador ha de disponer de un sistema que permita la sujeción del clip, evitando caídas de los mismos.

Diseño que posibilite la sujeción del aplicador al vaso.

Dotado de sistema de seguridad para evitar el disparo accidental.

Tamaño del clip: (cerrado)	5 mm	Mediano- Largo : hasta 9,1 mm
	10 11 mm	Mediano: hasta 7 mm
		Mediano-Largo: entre 7,1 mm y 10 mm
		Largo: entre 10,1 mm y 11,5 mm

Longitud del cuerpo: 28-34 cm	p/ clips medianos
	p/ clips medianos-largos



	p/ clips largos
Angulación de las ramas	Entre 15° y 30°
Cierre del clip	Progresivo
	Dos fases, de distal a proximal
Número de clips precargados	15-20 clips para trocar de 10-12 mm
	12-18 clips para trocar de 5 mm
Diámetro:	5 mm
	10-11 mm

4. REFERENCIAS TECNICAS

4.1. La presentación de cada uno de los productos será en envase individual, estéril y libre de látex, cumplirá los requisitos exigidos en la legislación vigente para productos sanitarios estériles o que sean exigibles durante el plazo de ejecución del contrato.

En el envase deberá figurar un etiquetado en castellano, en el que conste como mínimo:

- . Identificación del producto, denominación y referencia comercial
- . Fecha de envase y caducidad
- . "Estéril" y método de esterilización utilizado

4.2. Todos los productos ofertados deberán de cumplir con los requerimientos de legalidad y autorización de comercialización establecidos en la normativa nacional y comunitaria.

4.3. Si alguna de las características técnicas indicadas determina una marca o modelo exclusivo, dicha indicación deberá de entenderse como equivalente a otras.

Oviedo a 23 de octubre de 2017
LA DIRECTORA DE ATENCIÓN Y EVALUACIÓN SANITARIA



Victoria Játiva Quiroga