



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RECTOR DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA, MOBILIARIO CLÍNICO Y SEÑALIZACIÓN PARA EL NUEVO CENTRO DE SALUD DE TURÓN (ÁREA SANITARIA VII)

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro e instalación del mobiliario de oficina, mobiliario clínico y señalización a utilizar en el nuevo Centro de Salud de TURÓN (área sanitaria VII).

Este pliego tiene como finalidad definir el ámbito de desarrollo del suministro a realizar y las condiciones que se deben cumplir, complementando aquello especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Las dependencias a equipar son las que figuran en los planos del proyecto de la obra de construcción del nuevo Centro de Salud de TURÓN (Anexo I).

Se pretende la adquisición de artículos de calidad que garanticen su durabilidad y la inversión patrimonial a lo largo del tiempo.

Los artículos se elegirán dentro de una gama estética funcional, de manera que todos ellos guarden uniformidad en el diseño en cuanto a formas, sistemas, acabados y materiales.

El contrato incluirá todas las tareas necesarias para la instalación del mobiliario y equipamiento electrónico, transporte, acceso al lugar, acopio, desembalaje, emplazamiento, montaje, limpieza y retirada de los embalajes y restos de material.

Los artículos electrónicos incluirán las programaciones necesarias para su correcto funcionamiento.


En todo aquello que no se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el contratista tendrá que cumplir aquello especificado en este pliego de Prescripciones Técnicas, así como en las normativas de obligado cumplimiento, en especial aquellas relativas a la ley de Prevención de Riesgos Laborales.

2.- ACOPIO, ENTREGA, MONTAJE Y COLOCACIÓN

Los adjudicatarios deberán realizar previo al suministro mediciones exactas en las instalaciones, al objeto de verificar que no existan diferencias con los planos facilitados en el Anexo I que puedan afectar a la posterior ubicación del mobiliario.

El adjudicatario, antes de la entrega contactará con los responsables del Área Sanitaria VII y visitará los lugares de descarga y almacenaje al efecto de coordinar la operativa de la entrega.

El equipamiento deberá transportarse debidamente embalado y protegido. El deterioro de algún elemento como consecuencia de su manipulación durante las tareas de carga/descarga e instalación será imputable al adjudicatario. Este se comprometerá por escrito a reponer el elemento dañado en un plazo no superior a 48 horas.



El adjudicatario ubicará e instalará por sus medios el mobiliario en los lugares establecidos y los dejará totalmente operativos para la ocupación por el personal destinado en el mismo.

El suministro objeto del contrato se hará cuando la nueva obra del local aún no esté ocupada y al mismo tiempo que la puesta a punto de las nuevas instalaciones. La entrega, acopio, montaje e instalación se hará siempre evitando distorsionar el correcto funcionamiento de la citada puesta en marcha.

En caso contrario, si la anterior circunstancia no fuera viable, la empresa adjudicataria será encargada de almacenar los artículos adjudicados para proceder a su suministro, distribución y montaje de acuerdo a las instrucciones de los responsables del Área Sanitaria correspondiente.

Los productos deben incorporar una etiqueta de identificación, que sea duradera y fácilmente legible, situada en lugar accesible pero no visible en condiciones normales de utilización. En dicha etiqueta se especificarán el nombre o razón social del fabricante y del oferente, en caso de no ser coincidentes.

Con los bienes suministrados se entregarán las instrucciones que posibiliten al usuario la comprensión de su utilidad y su manejo y mantenimiento.

El contenido del lote tendrá que ajustarse exactamente a la oferta que resulte adjudicataria. No se admitirán ningún tipo de cambios en cuanto a los productos ofertados y que no hayan sido previamente y expresamente autorizados por escrito por los responsables del Área Sanitaria correspondiente.


La entrega de los muebles se rechazará si sus características físicas o técnicas no corresponden a los requerimientos del documento de licitación o no son las ofertadas, si los muebles pertenecen a una marca o modelo distintos del ofertado o los acabados no son los exigidos.

3.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

De manera general se puntualiza que el diseño de los muebles no podrá representar en ningún momento un riesgo durante el desplazamiento de las personas. En particular los soportes (pies) tendrán que estar posados de tal manera que no obstaculicen los movimientos del usuario.

Las partes del mueble con las cuales el usuario está directamente en contacto, en condiciones normales de utilización, deberán tener un diseño que evite toda herida corporal (por ejemplo, cortes y/o aplastamientos) y deterioro material (en concreto las partes accesibles no tienen que presentar asperezas, rebabas o partes cortantes, ni tienen que manchar).

Las aristas y los ángulos con los que el usuario está en contacto, en condiciones normales de utilización, tendrán que presentar un radio de curvatura mínimo de 2 mm. Si la espesura de los materiales no permite respetar este radio de curvatura, las aristas tendrán que estar exentas de rebabas. Los elementos deslizantes o móviles tendrán que ser diseñados de manera que eviten cualquier herida y todo funcionamiento accidental. Los elementos de sujeción no tendrán que ser cortantes.




Los extremos de los soportes (pies) y de los tubos metálicos tendrán que estar provistos de una cantonera o tapados por cualquier medio, y acabados por una parte lisa.

Las partes metálicas estarán protegidas contra la corrosión o fabricadas con materiales resistentes a ella.

Específicamente se deberá acreditar el cumplimiento de las siguientes normas:

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO ENSAYO
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo.	Determinación de las dimensiones.	UNE-EN 527-1:2011
	Requisitos mecánicos de seguridad.	UNE-EN 527-2:2003
	Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura	UNE-EN 527-3:2003
Mobiliario de oficina. Sillas de oficina.	Determinación de las dimensiones.	UNE-EN 1335-1:2001 UNE-EN 1335-1/AC:2003
	Requisitos de seguridad.	UNE-EN 1335-2:2009
	Ensayos de seguridad.	UNE-EN 1335-3:2009
Mobiliario de oficina. Sillas de confidente.		UNE-EN 13761:2013
	Determinación de la estabilidad.	UNE-EN 1022:2005
	Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura	UNE-EN 1728:2013
	Ensayos de seguridad.	UNE-EN 1335-3:2009
Mobiliario de oficina. Archivo	Requisitos de seguridad	UNE-EN 14073-2:2005
	Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura.	UNE-EN 14073-3:2005 UNE-EN 14074:2005
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo.	Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura	UNE-EN 14074:2005
Tableros derivados de la madera	Determinación del contenido en formaldehído. Método de extracción denominado del perforador.	UNE-EN ISO 12460-5:2016



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO ENSAYO
	Determinación de la emisión de formaldehído. Método de análisis de gas.	UNE-EN ISO 12460-3:2016 UNE-EN 717-2/AC:2003
	Determinación de la concentración del formaldehído en aire. Método de la cámara pequeña.	ASTM D6007-02 (2008)
	Determinación de la concentración del formaldehído en aire y velocidad de emisión. Método de la cámara grande.	ASTM E1333-96 (2002)
Mobiliario tapizado	Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Fuente de ignición: cigarrillo en combustión.	UNE-EN 1021-1:2015 ISO 8191-1:1988
	Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.	UNE-EN 1021-2:2015 ISO 8191-2:1988
	Prueba de fuego de materiales compuestos tapizados para el asiento.	Bs 5852-1:1979
	Prueba de incendio de muebles forrados.	Bs 5852-2:1982
	Métodos de ensayo para la evaluación de la ignición de los asientos tapizados con fuentes de ignición	Bs 5852-2:1990 Bs 5852:2006

CALIDAD

- Acreditación del certificado ISO9001:2000

SEGURIDAD E HIGIENE


- Todos los productos cumplirán íntegramente lo establecido en el Real decreto 488/1997 del 14 de abril de 1997(transposición de la directiva europea 90/207/CEE).
- En todos los muebles donde existan componentes de cristal: puertas, elementos de separación, decoración, etc... se utilizarán siempre cristales de seguridad (templado o laminado), con independencia de indicar la presencia de este material en los embalajes.

ERGONOMIA

- Cumplimiento del real decreto 488/1997 del 14 de Abril de 1997(transposición de la directiva europea 90/207/CEE).

SOSTENIBILIDAD

- UNE-EN ISO 14001/2015: Sistema de Gestión Ambiental aplicable al Diseño y Producción de los productos afectados.



4.- DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES

LOTE 1: Mobiliario General de Oficina

Sublote 1.1: Armario metálico con puertas persiana y estantes. Medidas 100x43,5x135 cm
Sublote 1.2: Armario metálico con puertas persiana y estantes. Medidas 100x43,5x198 cm
Sublote 1.3: Armario metálico con estantes. Medidas 100x43,5x197 cm
Sublote 1.4: Armario porta llaves
Sublote 1.5: Bancadas 4 plazas
Sublote 1.6: Bancadas 5 plazas
Sublote 1.7: Banco para vestuario
Sublote 1.8: Butaca para sala de estar
Sublote 1.9: Cajonera rodante
Sublote 1.10: Cama individual (somier+colchón+almohada)
Sublote 1.11: Cañón de proyección, soporte a techo, caja conexiones y cableado
Sublote 1.12: Casillero de pared
Sublote 1.13: Cortina enrollable grado apertura 5% medidas 200x160 alto cm
Sublote 1.14: Cortina enrollable grado apertura 5% medidas 165x270 alto cm
Sublote 1.15: Cortina enrollable grado apertura 5% medidas 75x270 alto cm
Sublote 1.16: Cortina enrollable grado apertura 5% medidas 110x160 alto cm
Sublote 1.17: Cortina enrollable grado apertura 5% medidas 90x180 alto cm
Sublote 1.18: Cortina enrollable grado apertura 5% medidas 90x160 alto cm
Sublote 1.19: Cortina oscurecimiento ventana pediatría medidas 110x160 (cms)
Sublote 1.20: Cortina oscurecimiento ventana sala reuniones medidas 180x160 (cms)
Sublote 1.21: Cortina oscurecimiento ventana biblioteca medidas 200x160 (cms)
Sublote 1.22: Cortina oscurecimiento ventana habitación médico de guardia medidas 90x270 (cms)
Sublote 1.23: Cortina oscurecimiento ventana habitación médico de guardia medidas 127x270 (cms)
Sublote 1.24: Cortina separadora de camillas en consultas (100cm x 270cm)
Sublote 1.25: Cortina separadora de camillas en consultas (200cm x 270cm)
Sublote 1.26: Cubo con tapa y pedal
Sublote 1.27: Destructora
Sublote 1.28: Escalón 2 peldaños
Sublote 1.29: Estantería metálica almacén
Sublote 1.30: Fax
Sublote 1.31: Lámpara mesita de noche
Sublote 1.32: Mesa auxiliar de centro/tv
Sublote 1.33: Mesa comedor
Sublote 1.34: Mesa infantil
Sublote 1.35: Mesa juntas para 8 sillas
Sublote 1.36: Mesa para autoclave con freno
Sublote 1.37: Mesa rectangular oficina medidas 1600x800 mm con alas y faldón
Sublote 1.38: Mesita de noche
Sublote 1.39: Nevera con congelador
Sublote 1.40: Nevera para vacunas con puertas de cristal
Sublote 1.41: Nevera pequeña
Sublote 1.42: Panel o tablero de corcho 90x60
Sublote 1.43: Pantalla de proyección
Sublote 1.44: Papelera



Sublote 1.45: Papelera de tapa basculante
Sublote 1.46: Paragüero
Sublote 1.47: Perchero de pared
Sublote 1.48: Perchero de pie
Sublote 1.49: Pizarra blanca
Sublote 1.50: Reposapiés
Sublote 1.51: Silla confidente con apoyabrazos
Sublote 1.52: Silla confidente sin apoyabrazos
Sublote 1.53: Silla ergonómica de trabajo con apoyabrazos
Sublote 1.54: Silla infantil
Sublote 1.55: Sofá 2 plazas
Sublote 1.56: Taburete giratorio con respaldo
Sublote 1.57: Taburete giratorio sin respaldo
Sublote 1.58: Taquilla monoplaza
Sublote 1.59: Vinilos decorativos zona pediatría
Sublote 1.60: Vitrina de pared con 2 puertas correderas de cristal.

LOTE 2: Mobiliario Clínico

Sublote 2.1: Camilla de exploración con portarrollos
Sublote 2.2: Camilla hidráulica con portarrollos
Sublote 2.3: Carro de curas 5 cajones
Sublote 2.4: Mesa auxiliar con ruedas y 2 bandejas
Sublote 2.5: Mesa auxiliar para bascula pesabebés c/ freno
Sublote 2.6: Mesa de extracciones
Sublote 2.7: Pie de suero con ruedas

LOTE 3: Señalización

Sublote 3.1: Rótulo entrada C.S.
Sublote 3.2: Horario atención urgencias
Sublote 3.3: Directorio vertical planta baja (aprox. 15 lamas)
Sublote 3.4: Rótulos suspendidos consultas
Sublote 3.5: Rótulos consultas
Sublote 3.6: Banderolas señalización aseos
Sublote 3.7: Pictogramas (vestuarios, duchas, aseos, privado, almacén, salas de espera,...)

5.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS


Los licitadores que presenten ofertas que no cumplan con las especificaciones mínimas que a continuación se describen, serán excluidos del presente procedimiento.
A tales efectos se adjuntan las fichas de autoevaluación según Anexo III, que deberán ser cumplimentadas por los licitadores.



LOTE 1: Mobiliario General de Oficina

Los tipos de muebles propuestos tendrán que ser de modelos descritos dentro de una misma serie, para conseguir la máxima homogeneidad y armonización posible entre ellos.

Sublote 1.1: Armario metálico con puertas persiana y estantes Medidas: 100 x 43,5 x 135 cm ($\pm$ 5%) Estructura: laterales exteriores fabricados en chapa laminada Estantes interiores regulables Sistema antivuelco Cerradura con llave
Sublote 1.2: Armario metálico con puertas persiana y estantes Medidas: 100 x 43,5 x 198 cm ($\pm$ 5%) Estructura : laterales exteriores fabricados en chapa laminada Estantes interiores regulables Sistema antivuelco Cerradura con llave
Sublote 1.3: Armario metálico con estantes Medidas: 100 x 43,5 x 197 cm ($\pm$ 5%) Estructura : laterales exteriores fabricados en chapa laminada Estantes interiores regulables Sistema antivuelco
Sublote 1.4: Armario porta llaves Capacidad para 60 llaves Para colgar en pared Estructura de acero Con cerradura cilíndrica con 2 llaves Color gris
Sublote 1.5: Bancada 4 plazas Asiento convexo y respaldo mono carcasa fabricado en polipropileno Estructura metálica epoxi Con conteras de plástico para un correcto asentamiento al suelo
Sublote 1.6: Bancada 5 plazas Asiento convexo y respaldo mono carcasa fabricado en polipropileno Estructura metálica epoxi Con conteras de plástico para un correcto asentamiento al suelo
Sublote 1.7: Banco para vestuario Medidas: 100 x 34 x 48 cm de alto ($\pm$ 5%) Fabricado en tubo de acero, estructura soldada, gran resistencia. Material hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmeda
Sublote 1.8: Butaca para sala de estar Medidas: 71 alto x 78 ancho (46 alto asiento y 63 alto brazos) ($\pm$ 5%) Estructura interior en madera con forma ergonómica



Recubrimiento de espuma de poliuretano de densidad variable y alta resiliencia HR
Patas de madera de haya
Tapicería vinílica impermeable antimicrobial, antibacterial y antimicótica

Sublote 1.9: Cajonera rodante

3 cajones
Acabado en melamina
Ruedas estándar de seguridad
Sistema antivuelco
A juego con mesa sublote 1.23

Sublote 1.10: Cama individual (somier + cochrón + almohada)

Somier

Medidas 90 x 190 cm
Con tubo 40/30
1 mm de espesor láminas de haya
Barra central de refuerzo

Colchón visco elástico:

Visco elástico núcleo de densidad 25 kg.
Visco a 1 cara

Almohada:

Visco elástica 40 kg. de densidad

Sublote 1.11: Cañón de proyección, soporte a techo, caja conexiones y cableado

Tecnología LCD
Luminosidad 3200 lumen
Enfoque manual
Resolución XGA
Ratio de proyección 1,5-1,8:1
Zoom manual
Soporte a techo, caja conexiones y cableado para correcto funcionamiento

Sublote 1.12: Casillero de pared


Medidas: 150 x 40x 90 cm
Acabado melanina
36 casillas

Sublote 1.13: Cortina enrollable grado apertura 5% medidas 200x160 alto (cms)

Medidas: 200 cm. ancho x 160 cm. de alto
Sistema de cortina enrollable con colocación a techo, fabricado con tubo de aluminio extrusionado con diámetro de 40 mm., enrollable mediante mecanismo de cadena
Tejido: 36% fibra de vidrio, 64% PVC.
Apertura 5%
Peso: 365-380 gr/m2 aprox.
Espesor: 0,20 – 0,30 mm
Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1
Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.14 :Cortina enrollable grado apertura 5% medidas 165x270 alto (cms)

Medidas: 165 cm. ancho x 270 cm. de alto
Sistema de cortina enrollable con colocación a techo, fabricado con tubo de aluminio



extrusionado con diámetro de 40 mm., enrollable mediante mecanismo de cadena

Tejido: 36% fibra de vidrio, 64% PVC.

Apertura 5%

Peso: 365-380 gr/m2 aprox.

Espesor: 0,20 – 0,30 mm

Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1

Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.15: Cortina enrollable grado apertura 5% medidas 75x270 alto (cms)

Medidas: 75 cm. ancho x 270 cm. de alto

Sistema de cortina enrollable con colocación a techo, fabricado con tubo de aluminio extrusionado con diámetro de 40 mm., enrollable mediante mecanismo de cadena

Tejido: 36% fibra de vidrio, 64% PVC.

Apertura 5%

Peso: 365-380 gr/m2 aprox.

Espesor: 0,20 – 0,30 mm

Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1

Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.16: Cortina enrollable grado apertura 5% medidas 110x160 alto (cms)

Medidas: 110 cm. ancho x 160 cm. de alto

Sistema de cortina enrollable con colocación a techo, fabricado con tubo de aluminio extrusionado con diámetro de 40 mm., enrollable mediante mecanismo de cadena

Tejido: 36% fibra de vidrio, 64% PVC.

Apertura 5%

Peso: 365-380 gr/m2 aprox.

Espesor: 0,20 – 0,30 mm

Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1

Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.17: Cortina enrollable grado apertura 5% medidas 90x180 alto (cms)

Medidas: 90 cm. ancho x 180 cm. de alto

Sistema de cortina enrollable con colocación a techo, fabricado con tubo de aluminio extrusionado con diámetro de 40 mm., enrollable mediante mecanismo de cadena

Tejido: 36% fibra de vidrio, 64% PVC.

Apertura 5%

Peso: 365-380 gr/m2 aprox.

Espesor: 0,20 – 0,30 mm

Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1

Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.18: Cortina enrollable grado apertura 5% medidas 90x160 alto (cms)

Medidas: 90 cm. ancho x 160 cm. de alto


Sistema de cortina enrollable con colocación a techo, fabricado con tubo de aluminio extrusionado con diámetro de 40 mm., enrollable mediante mecanismo de cadena

Tejido: 36% fibra de vidrio, 64% PVC.

Apertura 5%

Peso: 365-380 gr/m2 aprox.

Espesor: 0,20 – 0,30 mm



Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1
Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.19: Cortina oscurecimiento ventana pediatría medidas 110x160 (cms)

Medidas: 110 cm. ancho x 160 cm. de alto

Sistema de cortina enrollable con colocación a techo, fabricado con tubo de aluminio extrusionado, enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)

Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)

Peso: 407 gr/m2 aprox.

Espesor: 0,25 – 0,33 mm

Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1

Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.20: Cortina oscurecimiento ventana sala reuniones medidas 180x160 (cms)

Medidas: 180 cm. ancho x 160 cm. de alto

Sistema de cortina enrollable con colocación a techo, fabricado con tubo de aluminio extrusionado, enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)

Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)

Peso: 407 gr/m2 aprox.

Espesor: 0,25 – 0,33 mm

Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1

Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.21: Cortina oscurecimiento ventana biblioteca medidas 200x160 (cms)

Medidas: 200 cm. ancho x 160 cm. de alto

Sistema de cortina enrollable con colocación a techo, fabricado con tubo de aluminio extrusionado, enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)

Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)

Peso: 407 gr/m2 aprox.

Espesor: 0,25 – 0,33 mm

Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1

Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.22: Cortina oscurecimiento ventana habitación médico de guardia medidas 90x270 (cms)

Medidas: 90 cm. ancho x 270 cm. de alto

Sistema de cortina enrollable con colocación a techo, fabricado con tubo de aluminio extrusionado, enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)


Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)

Peso: 407 gr/m2 aprox.

Espesor: 0,25 – 0,33 mm

Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1

Mantenimiento: limpieza con paño húmedo



Sublote 1.23: Cortina oscurecimiento ventana habitación médico de guardia medidas 127x270 (cms)

Medidas: 127cm. ancho x 270 cm. de alto

Sistema de cortina enrollable con colocación a techo, fabricado con tubo de aluminio extrusionado, enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)

Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)

Peso: 407 gr/m2 aprox.

Espesor: 0,25 – 0,33 mm

Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1

Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.24: Cortina separadora de camillas en consultas medidas 100x270 (cms)

Medidas: 100 cm. ancho x 270 cm. de alto

Sistema de cortina enrollable con colocación a techo, fabricado con tubo de aluminio extrusionado, enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)

Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)

Peso: 407 gr/m2 aprox.

Espesor: 0,25 – 0,33 mm

Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1

Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.25: Cortina separadora de camillas en consultas medidas 200x270 (cms)

Medidas: 200 cm. ancho x 270 cm. de alto

Sistema de cortina enrollable con colocación a techo, fabricado con tubo de aluminio extrusionado, enrollable mediante mecanismo de cadena y muelle de compensación (fácil recogida, evita arrugas)

Tejido: 25% fibra de vidrio, 75% PVC. (100% opaco)

Peso: 407 gr/m2 aprox.

Espesor: 0,25 – 0,33 mm

Resistencia al fuego: Ignifugo Clase 1

Mantenimiento: limpieza con paño húmedo

Sublote 1.26: Cubo con tapa y pedal

Capacidad 20 l (± 5%)

Medidas: Ø 295 x 435 mm (± 5%)

De acero inoxidable

Cesto interior de plástico con asa para su extracción

Sublote 1.27: Destructora

Destruye hojas, grapas, CD's, tarjeta de crédito.

Papelera extraíble de 38 L (± 5%)

Funcionamiento ultra silencioso.

Sublote 1.28: Escalón 2 peldaños

Medidas: 415 x 480 x 410 mm (± 5%)

Peldaños de 2 tramos fabricado en acero inoxidable

Superficie de goma antideslizante



Topes de goma
Sublote 1.29: Estantería metálica almacén Medidas: 80 x 40 x 198 cm Metálica ángulo ranurado sin tornillo
Sublote 1.30: Fax Pantalla LCD de 1 línea de 16 caracteres. Velocidad de copia de hasta 20 cpm Bandeja de papel de 250 hojas Modem super G3 de 33600 BPS
Sublote 1.31: Lámpara mesita de noche Medidas aprox.: 20 cm pie x 42 cm alto brazo Brazo en madera Pantalla en PVC
Sublote 1.32: Mesa auxiliar de centro/tv Acabado de la superficie mesa en melamina Acabado de la estructura acero laminado con recubrimiento epoxi Medida de 620 x 620 mm (+/- 5%) Altura 400 cm ($\pm$ 5%)
Sublote 1.33: Mesa de comedor Acabado de la superficie mesa en melamina Acabado de la estructura acero laminado con recubrimiento epoxi Medida de 1400 x 800 mm ($\pm$ 5%) Altura 740 mm
Sublote 1.34: Mesa infantil Medidas: Ø 100 cm x 58 cm de alto ($\pm$ 5%) Tapa en laminado de alta presión Cantos de DM mecanizados y barnizados
Sublote 1.35: Mesa juntas para 8 sillas Mesa adaptada para 8 personas Acabado de la superficie mesa en melamina Estructura en acero laminado con recubrimiento epoxi Medidas: 2500 x 1200 mm ($\pm$ 5%) Altura :740 mm
Sublote 1.36: Mesa para autoclave con freno Medidas : 96x 80x 75 cm ($\pm$ 5%) Tablero aglomerado de alta densidad con recubrimiento melamínico para soportar peso entre 55-75 kg. Patas con estructura de 50 x 50 mm, fabricadas con perfil de acero laminado en caliente 4 ruedas de 65 mm de diámetro y banda de rodadura de teflón, con freno en dos ruedas



Sublote 1.37: Mesa rectangular 1600x800 mm con ala y faldón frontal

Acabado de la superficie mesa en melamina
Estructura en acero laminado con recubrimiento epoxi
4 patas de 50x50 mm
Medida de la mesa 1600 x 800 x 740 mm ($\pm 5\%$)
Medida del ala de 960 x 600 x 740 mm ($\pm 5\%$)
Faldón a juego con mesa y ala

Sublote 1.38: Mesita de noche

Medidas: 71 alto x 45 ancho x 40 fondo ($\pm 5\%$)
Con un cajón y un estante inferior
Acabado de la superficie en melamina
Guías metálicas en el cajón

Sublote 1.39: Nevera con congelador

Medidas: 55 x 143 x 55 cm ($\pm 5\%$)
Color blanco
Clase A+
Capacidad 205 L ($\pm 5\%$)
Bandejas de cristal
Luz interior
Regulador de temperatura
Puerta reversible con sistema de auto cierre

Sublote 1.40: Nevera para vacunas con puerta de cristal

Refrigerador para farmacia según DIN 58345
Medidas: 60 X 61,5X 184 cm ($\pm 5\%$)
Puerta de cristal con cerradura incluida
Rango de temperatura: 2° - 8°C
Termostato de seguridad para evitar temperaturas inferiores a 2°C
Interfaz para conexión del sistema externo de alarma
Dispositivo de aviso durante 12 h. de inmediato en caso de fallo de alimentación
Puerta de cristal con cerradura incluida

Sublote 1.41: Nevera pequeña

Medidas :82x48x54 cm. (aprox.)
Color blanco
Clase A+
Capacidad 80-85 L.(aprox.)
Bandejas de cristal
Luz interior
Regulador de temperatura
Puerta reversible con sistema de auto cierre

Sublote 1.42: Panel o tablero de corcho 90x60


Medidas: 90x60 cm ($\pm 5\%$)
Tablero de corcho aglomerado, contra colado y marco de aluminio
Con accesorios de fijación a pared



Sublote 1.43: Pantalla de proyección Medidas: 200 x 200 cm Tipo manual Ubicación pared y techo Superficie de proyección blanca mate.
Sublote 1.44: Papelera Metálica Aro inferior en PVC Capacidad 12 L ($\pm 5\%$)
Sublote 1.45: Papelera de tapa basculante Metálica Cabezal basculante Ganchos interiores para bolsa Aro inferior en PVC Capacidad: 40 L ($\pm 5\%$)
Sublote 1.46: Paragüero Metálico Aro inferior en PVC Medidas: $\varnothing 215 \times 500$ mm ($\pm 5\%$)
Sublote 1.47: Perchero de pared Perchero metálico mural 3 o 4 colgadores
Sublote 1.48: Perchero de pie Metálico 8 colgadores Altura 1770 mm ($\pm 5\%$) Estabilidad
Sublote 1.49: Pizarra blanca Medidas: 120 x 200 cm ($\pm 5\%$) Marco de aluminio con cantoneras decorativas Cajetín de 40 cm aprox.
Sublote 1.50: Reposapiés Regulable en altura y en inclinación Base antideslizante Inclinado hacia adelante y hacia atrás
Sublote 1.51: Silla confidente con apoyabrazos Estructura metálica 4 patas (las patas traseras no deben sobresalir del respaldo del asiento) Asiento y respaldo de polipropileno Brazos fijos unidos a la estructura de 4 patas
Sublote 1.52: Silla confidente sin apoyabrazos Estructura metálica 4 patas (las patas traseras no deben sobresalir del respaldo del asiento)



Asiento y respaldo de polipropileno
Sublote 1.53: Silla ergonómica de trabajo con apoyabrazos Silla ergonómica con regulación automática en altura Sistema de regulación para respaldo y asiento ergonómico con curvatura delantera Apoyabrazos regulables Regulación independiente de la altura del respaldo y de la separación longitudinal entre asiento y respaldo Tapizado sobre goma de poliéster de alta densidad 45 mm de espesor aproximadamente, e interior de madera o polipropileno Cumplimiento del RD 488/97 de seguridad y salud en puestos de trabajo
Sublote 1.54: Silla infantil Medidas: 39 x 40 x 34 cm ($\pm 5\%$) Fabricado en polipropileno Apilables A juego con mesa sublote 1.22
Sublote 1.55: Sofá 2 plazas Módulo tapizado sobre estructura interna maciza de alta resistencia Suspensión mediante cinchas elásticas entrelazadas
Sublote 1.56: Taburete giratorio con respaldo Base fabricada en tubo de acero redondo de 25 mm de $\varnothing$ ($\pm 5\%$) con ruedas o topes deslizantes Asiento tapizado eskay con respaldo Aro reposapiés Incorpora columna de gas para regulación neumática de la altura del asiento
Sublote 1.57: Taburete giratorio sin respaldo Base fabricada en tubo de acero redondo de 25 mm de $\varnothing$ ($\pm 5\%$) con ruedas o topes deslizantes Asiento tapizado eskay Aro reposapiés Incorpora columna de gas para regulación neumática de la altura del asiento
Sublote 1.58: Taquilla monoplaza Medidas: 30x50x180 cm ($\pm 5\%$) Fabricadas en chapa de acero Pintadas con pintura Epoxi-poliéster Bandeja y colgador para perchas Bordes sin aristas Bisagras ocultas Con roseta de ventilación Cerradura de cilindro con 2 llaves
Sublote 1.59: Vinilos decorativos zona pediatría Película de calandre polimérico con polímeros añadidos para reducir su encogimiento Medidas 1000x1000 mm ($\pm 5\%$) de vinilo recortado con motivo a elegir (elefante, hipopótamo,...)
Sublote 1.60: Vitrina de pared con 2 puertas correderas de cristal Medidas: 700x 250 x 500 mm ($\pm 5\%$)



Fabricada en acero esmaltado
Puertas correderas de cristal con cerradura
1 estante de cristal

LOTE 2: Mobiliario Clínico

Sublote 2.1 : Camilla de exploración con portarrollos

Medidas: 1800-1900 x 550 x 800 cm.
Estructura de acero inoxidable soldada de gran solidez
Tapizado de gran densidad en material ignífugo
Cabecero y piecero articulado mediante cremallera
Nivelador en una de las patas

Sublote 2.2 : Camilla hidráulica con portarrollos

Medidas: 190 x 62 x 55-90 cm. ($\pm 5\%$)
Tres cuerpos con respaldo abatible
Estructura de acero con acabado epoxi
Peso soportado 180 kg.
Tapizado de gran densidad en material ignífugo
Motor hidráulico
Altura regulable

Sublote 2.3 : Carro de curas 5 cajones

Medidas $\geq$: 620 x 480 x 890 mm
Estructura de acero inoxidable acabado satinado liso que evita el asentamiento de bacterias o suciedad o estructura en polímeros ligeros con sustancias bacteriostáticas que facilitan la higiene.
Ruedas dobles antiestáticas: $\varnothing \geq 100$ mm, 2 con freno de accionamiento suave.
Cajones desmontables, apilables y compactos. Admiten separadores. Correderas telescópicas.
Apertura total y sistema de retención.
Tiradores ergonómicos
Encimera: superficie lisa, formas redondeadas y con resistencia química sustancias desinfectantes.

Sublote 2.4 : Mesa auxiliar con ruedas y 2 bandejas

Medidas: 600 x 400 x 800-850 mm
Estructura y estantes de acero inoxidable
Cuatro ruedas $\varnothing 80$ mm, 2 con freno
Peso soportado por estante ≥ 20 kgrs.

Sublote 2.5 : Mesa auxiliar para bascula pesabebés c/ freno

Medidas: 600 x 400 x 800-850 mm
Estructura y estantes de acero inoxidable
Cuatro ruedas $\varnothing 80$ mm, 2 con freno
Dos estantes, el superior con barandilla
Peso soportado por estante ≥ 20 kgrs.

Sublote 2.6 : Mesa de extracciones



De 2 puestos separados entre si por 1 divisoria, enganchada a mesa por anclaje de aluminio
Tablero de divisoria en melamina de 16 mm.
Medida de puesto: 80 x 60 x (79-90 cm de altura)
Tablero mesa con recubrimiento melamínico
Patatas de acero laminado y acabado epoxi

Sublote 2.7 : Pie de suero con ruedas

Fabricado en acero inoxidable
2-4 ganchos en acero inoxidable
Regulable en altura 1100-2000 mm
Cinco ruedas

LOTE 3: Señalización

Las características, materiales y dimensiones de la señalización que se detalla a continuación, deberán ajustarse al manual de señalización corporativo del SESPA según Anexo II

Sublote 3.1: Rótulo entrada C.S.

Suministro y colocación de placas de rótulo de entrada de acuerdo a manual corporativo SESPA

Sublote 3.2: Horario atención urgencias

Suministro y colocación de placa de horario atención Urgencias de acuerdo a manual corporativo SESPA

Sublote 3.3: Directorio vertical planta baja (aprox. 15 lamas)

Suministro y colocación de placa directorio vertical planta baja de acuerdo a manual corporativo SESPA

Sublote 3.4: Rótulos suspendidos consultas

Suministro y colocación de placas de rótulos suspendidos para consultas de acuerdo a manual corporativo SESPA

Sublote 3.5: Rótulos consultas

Suministro y colocación de placas de rótulos suspendidos para consultas de acuerdo a manual corporativo SESPA


Sublote 3.6: Banderolas señalización aseos

Suministro y colocación de placas de banderolas señalización aseos de acuerdo a manual corporativo SESPA

Sublote 3.7: Pictogramas (vestuarios, duchas, aseos, privado, almacén, salas de espera,...)

Suministro y colocación de placas de pictogramas a definir de acuerdo a manual corporativo SESPA

En Oviedo, a 14 de enero de 2019


Alejandra Fernández Menéndez
Coordinadora Técnica de Recursos Materiales
Servicio de Salud del Principado de Asturias