



Nº EXPEDIENTE: CA-SUM-03/2017

OBJETO: Suministro, por Arrendamiento sin opción de compra de Un Sistema de Tomografía Axial Computerizada Helicoidal Multicorte (16 cortes) para el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital del Oriente de Asturias.

TIPO DE CONTRATO: Suministros/Abierto

CONSULTAS Y RESPUESTAS REFERENTES A LOS PLIEGOS

Consulta nº 2

Literal de la consulta:

"Solicitamos la posibilidad de cambio del parámetro de cobertura dentro del apartado 3 de las especificaciones técnicas del pliego:

3. SISTEMA DE COLIMACIÓN DEL HAZ DE RAYOS X

- Cobertura mínima por rotación con calidad de imagen diagnóstica a Pitch 1, de al menos 20mm

Por:

- **Cobertura mínima por rotación con calidad de imagen diagnóstica a Pitch 1, de al menos 19mm**

El motivo de dicha solicitud es la posibilidad de trabajar con calidad de imagen diagnóstica a pitch libre hasta 1,7 que disponen algunos equipos y así poder aumentar la cobertura anatómica explorada o disminuir la radiación en igualdad de cobertura.

Esta nueva técnica de reconstrucción permite trabajar a cualquier pitch sin tener que hacerlo como hasta ahora con tres niveles de pitch fijos.

Esa facilidad de poder trabajar con pitch altos reducen ligeramente la cobertura en pitch bajos y por eso solicitamos el cambio de 20 a 19mm, si lo pueden considerar."

Respuesta:

Corresponde al Órgano de Contratación la definición de las necesidades a satisfacer y determinar las características del equipo a suministrar. Habiendo fijado el órgano de contratación dicho parámetro, no procede su modificación.

Se deja constancia de lo anteriormente expuesto, a EFECTOS DE SU INCORPORACIÓN al correspondiente expediente de contratación de suministros.

Arriondas, 16 de agosto de 2017

La Gerente del Área Sanitaria VI

P.D. de la Directora Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias
en Resolución de 3.08.2012 del B.O.P.A. de 06.08.2012



Fdo.- Margarita Pendás Toribio