Referencia	CONP/2019/262
Procedimiento	Previo de necesidades contractuales
Asunto	Adquisición de reactivos y material para la realización de diversas pruebas analíticas microbiológicas establecidas en el Programa de actividades conjunto entre la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias y el Hospital Universitario Central de Asturias, en materia de coordinación de laboratorios de diagnóstico microbiológico.
Interesado	ANA MARIA FERNANDEZ VERDUGO
Unidad Responsable	Servicio de Vigilancia Epidemiológica
Referencia Externa	

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1.- OBJETO

El objeto del presente pliego es la regulación de las condiciones técnicas para la adquisición de reactivos y material para la realización de determinadas pruebas analísticas microbiológicas sobre microorganismos de interés en Salud Pública.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

2.1. Los reactivos y material incluidos en esta contratación deberán cumplir las especificaciones técnicas que figuran en cada uno de los lotes siguientes:

Lote 1.- Reactivos para la confirmación de la presencia de anticuerpos frente al virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) por Western-Blot.

Requisitos técnicos mínimos:

- Técnica de ELISA indirecto sobre tira de nitrocelulosa (Western Blot) que contenga las proteínas constitutivas del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1), para la confirmación de la presencia de anticuerpos frente a VIH-1.

- Deben poder detectarse los anticuerpos frente a los siguientes antígenos: gp160, gp120, gp41, p66, p55, p51, p31, p24 y p17.
- Las tiras incluirán una banda de control de adición de la muestra.
- Debe permitir la posibilidad de utilizar suero humano o plasma.
- Cada kit deberá contener los reactivos suficientes para realizar como máximo 30 determinaciones y podrán realizarse en múltiples manipulaciones independientes. Este requisito es necesario por el procedimiento de trabajo en el laboratorio.
- Los reactivos tendrán una caducidad de, al menos, 6 meses desde su recepción.
- Todos los reactivos deben tener marcado CE/FDA.
- Todos los reactivos deben cumplir la norma de seguridad, no conteniendo elementos tóxicos que comporten un tratamiento específico para su eliminación o manipulación.
- El proveedor deberá asegurar la trazabilidad, la seguridad y las condiciones adecuadas en los envíos (tiempo de respuesta, mantenimiento de la cadena de frío, etc.).

Obligaciones incluidas en el suministro:

- La oferta deberá incluir en el precio el material fungible necesario para el adecuado funcionamiento del equipo (controles, calibradores, etc.).
- El adjudicatario de este lote aportará dos micropipetas autoclavables de volumen variable de 20-200 µl y de 100-1000 µl.

Lote 2.- Reactivos para la identificación de las cepas de *Neisseria gonorrhoeae* aisladas en cultivo mediante técnicas de coaglutinacion para detección de la proteína I de dicho microorganismo.

Requisitos técnicos mínimos:

- Reactivo para la identificación de las cepas de *Neisseria gonorrhoeae* aisladas en cultivo mediante técnicas de coaglutinacion para detección de la proteína I de dicho microorganismo.
- El reactivo debe detectar independientemente las proteínas IA y IB de *Neisseria gonorrhoeae*.

- Cada kit deberá contener los reactivos suficientes para realizar, como máximo, 60 determinaciones y podrán realizarse en múltiples manipulaciones independientes. Este requisito es necesario por el procedimiento de trabajo en el laboratorio.
- Los reactivos tendrán una caducidad de, al menos, 6 meses desde su recepción.
- Todos los reactivos deben tener marcado CE/FDA.
- Todos los reactivos deben cumplir con la norma de seguridad, no conteniendo elementos tóxicos que comporten un tratamiento específico para su eliminación o manipulación.
- El proveedor deberá asegurar la trazabilidad, la seguridad y las condiciones adecuadas en los envíos (tiempo de respuesta, mantenimiento de la cadena de frío, etc.).

ISMAEL HUERTA
GONZALEZJEFE/A SERVICIO17
de septiembre de 2019